



Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

Unidad Iztapalapa

## UAMI.CAB.01.2025

### "SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE 10 CAMPANAS DE EXTRACCIÓN DE HUMOS

#### DOCUMENTO DE RESPUESTAS

De conformidad con el numeral I.3 Calendario de eventos, se informa sobre las respuestas a las dudas enviadas en tiempo y forma por las personas participantes en este procedimiento.

Cabe señalar que las aclaraciones contenidas en este documento **deberán ser consideradas** por las personas participantes en la elaboración de sus propuestas.

#### LAB TECH INSTRUMENTACIÓN, S.A. DE C.V.

| NUMERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PREGUNTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Punto 1.4 (Página 7) – Aclaración general sobre la presentación de las carpetas</p> <p><b>Párrafo 2, dice:</b> Se deberá entregar un respaldo electrónico en memoria USB de la documentación contenida en las carpetas, escaneada en archivo PDF y ordenada en carpetas e identificadas de igual forma que las carpetas físicas.</p> | <p>¿Se pregunta en cuál de las 4 carpetas se debe integrar la memoria USB?</p> <p>Respuesta: Se puede incluir en la primer carpeta de la documentación legal.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>Punto II.3 (Página 12) – Carpeta Número 3. <b>Documentación Técnica.</b></p> <p><b>Párrafo 2, dice:</b> La persona participante ganadora deberá presentar un certificado que señale la velocidad frontal y de arrastre de las campanas de extracción.</p>                                                                            | <p>Nuestra representada cuenta con anemómetro calibrado ante entidad acreditada y se podrá entregar copia del certificado del mismo junto con el reporte emitido por LAB-TECH de las lecturas del flujo de aire del gabinete.</p> <p>LAB-TECH no cuenta con acreditación por parte de EMA o CENAM.</p> <p>¿Se pregunta si será suficiente la realización de la prueba ofertada así como los reportes mencionados para dar cumplimiento con este punto?</p> <p>Respuesta: Se acepta la prueba ofertada</p> |
| <p>Punto II.3 (Página 12) Carpeta Número 3 <b>Documentación Técnica.</b></p> <p>Dice: El tiempo de entrega es de 17 al 19 de septiembre del 2025.</p>                                                                                                                                                                                   | <p>¿Se pregunta si el tiempo de entrega será de 72 días naturales contados a partir de la fecha del fallo que es el 9 de Julio?</p> <p>Dice: El tiempo de entrega es de 17 al 19 de septiembre del 2025.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

1

## UAMI.CAB.01.2025

### SECRETARÍA

Avenida Ferrocarril San Rafael Atlixco, número 186, Colonia Leyes de Reforma 1A Sección, Alcaldía Iztapalapa, Código Postal 09340, Ciudad de México Tels. 55 5804-4600, Ext 4805-4807; [secretaria@xanum.uam.mx](mailto:secretaria@xanum.uam.mx); [www.izt.uam.mx](http://www.izt.uam.mx)



Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

Unidad Iztapalapa

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>De no ser positiva la respuesta, podría indicarnos el tiempo de entrega en días naturales o hábiles por favor.</p> <p>Respuesta: Es correcto, al 19 de septiembre son 72 días naturales.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p>Punto II.3 (Página 12) Carpeta Número 3.<br/><b>Documentación Técnica.</b><br/>Párrafo 3, dice: La persona participante ganadora deberá de proporcionar pruebas de las campanas de extracción después de la instalación de las mismas, para acreditar su correcto funcionamiento, así como la capacidad de extracción de la conexión hacia los motores.</p> | <p>Para dar cumplimiento a este punto, se solicita de la manera más atenta se permita una visita al sitio para verificar el área de recorrido de ductería, codos e interconexiones y ver cuál es la opción más viable para la conexión de las campanas al sistema de extracción sea a un motor por campana o al sistema existente de extracción de la UAM-I y que no afecte estéticamente la colocación de ductos o bases metálicas.</p> <p>Respuesta: Se generará la visita con la persona participante ganadora.</p> <p><b>¿Los equipos serán conectados a la red de extracción de la UAM-I?</b></p> <p>Respuesta: Si</p> <p>De ser positiva la respuesta a la pregunta anterior, solicitamos de la manera más atenta nos puedan confirmar que el motor o los motores con que cuenta la UAM-I son suficientemente potentes para extraer simultáneamente los vapores de los equipos o bien revisar mediante la visita al sitio si se requiere de contar con motores adicionales que puedan garantizar el correcto funcionamiento y capacidad de extracción de los mismos.</p> <p>Respuesta: El edificio cuenta con el equipo de extracción.</p> <p><b>¿Bastará con poner a trabajar los equipos y se pueda verificar que se está realizando la extracción con alguna prueba que realice el personal designado para dicha revisión o requieren la calificación del equipo?,</b></p> <p>Respuesta: Es correcto.</p> <p>De ser así se hace de su conocimiento que este servicio tiene que ser contratado con un tercero acreditado y de fe de la correcta extracción, el servicio tendría que ser por equipo y hacemos la</p> |



Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

Unidad Iztapalapa

|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                     | menção que el <b>costo es considerable</b> y el tiempo en el desarrollo del servicio puede ser de 15 a 30 días una vez colocadas las campanas.?                                                                                                                                                                                      |
| <b>Anexo 6</b><br>Dice: Suministro, instalación y puesta en marcha. | Nuestra representada se compromete a realizar el suministro, las maniobras al primer piso, la instalación de la campana a los servicios con los que la UAM-I ya debe dejar preparados por la interconexión de la misma, es decir las líneas de agua, luz y desagüe.<br>Respuesta. Se cuenta con las instalaciones requeridas en obra |

### SKILL TECHNOLOGY, S.A. DE C.V.

| NOMBRE DEL LICITANTE: <u>SKILL TECHNOLOGY, S.A. DE C.V.</u> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No.                                                         | PREGUNTA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1                                                           | Dado que la especificación no describe los extractores, ¿se debe asumir que estos ya se encuentran instalados en sitio o que su instalación será responsabilidad de la institución?<br>En caso que se requiera ofertarlo, se solicita a la convocante indicar las especificaciones técnicas del extractor<br><br>Respuesta: se cuenta con ellos                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2                                                           | Se solicita aclarar si los gabinetes contemplados en la campana requieren algún tipo de tratamiento o acondicionamiento específico para la contención de sustancias peligrosas o químicas<br><br>Respuesta: Que al menos tenga una cubierta de trabajo y cuerpo interior fabricado en acero inoxidable tipo 304, calibre 18, como se indica en el anexo técnico.                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3                                                           | En las bases se menciona lo siguiente: <b>La persona participante ganadora deberá presentar un certificado que señale la velocidad frontal y de arrastre de las campanas de extracción.</b><br><br>¿Cuál es el formato que se requiere para este certificado?<br><br>Respuesta: No se solicita un formato en específico<br><br>¿Qué autoridad debe emitir dicho certificado?<br><br>Respuesta: Tan solo con la funcionalidad de las campanas y pruebas realizadas por la empresa se cumpliría este punto. Pero si se tiene una certificación como EPA (agencia de protección ambiental) se tomaría en cuenta |
| 4                                                           | En las bases se menciona lo siguiente: <b>La persona participante ganadora deberá de proporcionar pruebas de las campanas de extracción después de la instalación de las mismas, para acreditar su correcto funcionamiento, así como la capacidad de extracción de la conexión hacia los motores.</b><br><br>¿Existe un formato para avalar las pruebas que serán realizadas?                                                                                                                                                                                                                                |

UAMI.CAB.01.2025

#### SECRETARÍA

Avenida Ferrocarril San Rafael Atlixco, número 186, Colonia Leyes de Reforma 1A Sección, Alcaldía Iztapalapa, Código Postal 09340, Ciudad de México Tels. 55 5804-4600, Ext 4805-4807; [secretaria@xanum.uam.mx](mailto:secretaria@xanum.uam.mx); [www.izt.uam.mx](http://www.izt.uam.mx)



Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

Unidad Iztapalapa

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Respuesta: No existe un formato. Considerar la respuesta a la duda manifestada en la página 1 por la empresa LAB TEC INSTRUMENTACIÓN, S.A. DE C.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5  | <p>Se mencionan llaves de agua y gas tipo pitón importadas, debido a que no afecta su uso y su estética ¿se acepta que las llaves se suministren nacionalmente?</p> <p>Respuesta: Apegarse al anexo técnico</p> <p>En caso de no aceptarse, ¿se requiere que las llaves sean importadas de un país en específico?</p> <p>Respuesta: Apegarse al anexo técnico</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 6  | <p>Se menciona lo siguiente: <b>una llave de pitón importada para agua, una para gas, contacto eléctrico y una lámpara incandescente con controles en su exterior colocada en un lateral (poste de la campana).</b> ¿Los controles exteriores se refieren únicamente a la lámpara o a todos los componentes descritos?</p> <p>Respuesta: A todos los componentes descritos</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 7  | <p>Se solicita a la convocante aclarar las características técnicas que lleva el contacto.</p> <p>Respuesta: Las campanas extractoras estándar funcionan con un voltaje de 127 V Y un consumo máximo de 200 wats</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 8  | <p>Para no limitar la libre participación, se solicita a la convocante acepte otros tipos de superficie que presenten resistencia química como el cerámico fino, sin que esto sea causa de desechamiento, ¿se acepta?</p> <p>Respuesta: Apegarse al anexo técnico</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 9  | <p>Respecto del punto I.4 Se pide a la convocante aclarar si ¿se entregará únicamente un sobre que contenga las cuatro carpetas? o bien ¿se deben entregar cuatro sobres que contengan una carpeta cada uno?</p> <p>Respuesta: Como se señala en las bases del procedimiento: "...sobre cerrado debidamente separados e identificados cuatro carpetas", esto quiere decir que el participante entregará <b>en un sobre debidamente cerrado las cuatro carpetas</b> que se requieren para participar en el procedimiento.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 10 | <p>Respecto del punto I.4 Se pide a la convocante aclarar si ¿se entregará únicamente una memoria USB que contenga el respaldo electrónico de las cuatro carpetas y de ser así en qué carpeta de incluirá dicha USB? O por el contrario ¿se debe incluir una USB en cada carpeta con el respaldo de cada una?</p> <p>Respuesta: Como se señala en las bases del procedimiento: "...deberá entregar un respaldo electrónico en memoria USB de la documentación contenida en las carpetas, escaneada en archivo PDF y ordenada en carpetas e identificadas de igual forma que las carpetas físicas.". <b>Solo es necesario entregar una memoria USB</b> con la documentación escaneada e identificada en carpetas dentro de la memoria la información y documentación que se presentará. <b>Se puede incluir en la primer carpeta</b> de la documentación legal.</p> |

UAMI.CAB.01.2025

SECRETARÍA

Avenida Ferrocarril San Rafael Atlixco, número 186, Colonia Leyes de Reforma 1A Sección, Alcaldía Iztapalapa, Código Postal 09340, Ciudad de México Tels. 55 5804-4600, Ext 4805-4807; [secretaria@xanum.uam.mx](mailto:secretaria@xanum.uam.mx); [www.izt.uam.mx](http://www.izt.uam.mx)



Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

Unidad Iztapalapa

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 | <p>Respecto del punto II.1.11. Se solicita amablemente a la Convocante aclarar ¿si para cumplir con este punto únicamente se debe presentar copia del modelo de contrato sin requisitar firmado al calce en cada página por el representante legal o se debe agregar algún manifiesto en el que se indique que se está firmando de conocimiento?</p> <p><b>Respuesta:</b> Como se señala en las bases del procedimiento: "Modelo de contrato <b>firmado de conocimiento</b> por la persona participante o representante legal ". Esto es <b>firmar el contrato al calce</b> de conocimiento, <b>no es necesario agregar algún manifiesto</b>.</p> |
| 12 | <p>Respecto del punto II.2.1 Y II.2.2 Se pide a la Convocante aclarar si ¿ambos estados financieros deben ser firmados por el representante legal que firma las propuestas o por cualquier otro representante legal de la empresa?</p> <p><b>Respuesta:</b> Los estados financieros los puede firmar cualquier representante legal de la empresa</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## ABASTECEDORA TECNOLÓGICA ESPECIALIZADA S.A. DE C.V.

|                                       |                                                                                                                                                              |        |               |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|
| Procedimiento:                        | BASES DE MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN POR INVITACIÓN<br>N° UAMI.CAB.01.2025<br>SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE 10 CAMPANAS DE EXTRACCIÓN DE HUMOS | Fecha: | 17-junio-2024 |
| Nombre o razón social del Licitante : | ABASTECEDORA TECNOLOGICA ESPECIALIZADA SA DE CV.                                                                                                             |        |               |

### II.1 CARPETA 1. DOCUMENTACIÓN LEGAL

| N° de pregunta y/o aclaración | Página de la Convocatoria | Numeral o punto específico de la Convocatoria                        | Pregunta y/o aclaración                                                                                                                                                                                                              | Respuesta (campo a llenarse por la convocante).          |
|-------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1                             | 8                         | II.1.14<br>Constancia de Registro al Padrón de Proveedores de la UAM | El área convocante solicita que: "Deberá presentar un manifiesto por escrito junto con la impresión de la pantalla de la plataforma del Padrón de Proveedores de la UAM. <b>Pregunta ¿El escrito solicitado a quien va dirigido?</b> | Al Dr. Javier Rodríguez Lagunas, Coordinador del Comité. |
| 2                             | 8                         | s/p                                                                  | <b>¿para la presentación y apertura podrá presentarse una carta poder</b>                                                                                                                                                            | Como lo señala el "ARTÍCULO 28                           |

5

UAMI.CAB.01.2025

### SECRETARÍA

Avenida Ferrocarril San Rafael Atlixco, número 186, Colonia Leyes de Reforma 1A Sección, Alcaldía Iztapalapa, Código Postal 09340, Ciudad de México Tels. 55 5804-4600, Ext 4805-4807; [secretaria@xanum.uam.mx](mailto:secretaria@xanum.uam.mx); [www.izt.uam.mx](http://www.izt.uam.mx)



Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

Unidad Iztapalapa

|  |  |  |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--|--|--|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | en presentación del representante legal? | <p>En el acta de la reunión de presentación y apertura de documentación y de propuestas deberá asentarse el nombre de las personas licitantes o invitadas cuya documentación y propuestas hayan sido aceptadas para su análisis, el de aquellas que no se presentaron, y el de las descalificadas con el señalamiento de las causas y el fundamento legal que las motivaron.</p> <p>Esta acta deberá ser firmada por quien coordine la reunión, previa lectura de la misma y se les enviará por archivo electrónico a cada una de las personas asistentes, dentro de los tres días hábiles siguientes a la fecha de apertura de las propuestas.”</p> <p>Por lo anterior es necesario la presencia del representante legal.</p> |
|--|--|--|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## II.2 CARPETA 2. DOCUMENTACIÓN FINANCIERA

| N° de pregunta y/o aclaración | Página de la Convocatoria | Numeral o punto específico de la Convocatoria | Pregunta y/o aclaración                                                                                                                                                   | Respuesta (campo a llenarse por la convocante).                                                                                        |
|-------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3                             | 11                        | 11.2.1                                        | El área convocante solicita los Estados financieros del ejercicio 2024<br><b>Pregunta ¿Se presenta copia? Y en caso de resultar adjudicados ¿Se presenta el original?</b> | Se puede presentar copia y traer aparte los originales por cualquier aclaración en la reunión de presentación y apertura de propuestas |

### SECRETARÍA

Avenida Ferrocarril San Rafael Atlixco, número 186, Colonia Leyes de Reforma 1A Sección, Alcaldía Iztapalapa, Código Postal 09340, Ciudad de México Tels. 55 5804-4600, Ext 4805-4807; [secretaria@xanum.uam.mx](mailto:secretaria@xanum.uam.mx); [www.izt.uam.mx](http://www.izt.uam.mx)



Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

Unidad Iztapalapa

|   |    |        |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                             |
|---|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | 11 | II.2.1 | El área convocante solicita que: en el c) Notas correspondientes a los estados financieros. <b>Pregunta:</b> ¿A qué se refiere como notas?             | Las notas de los estados financieros son parte integrante de los mismos y su objetivo es complementar con información relevante. Lo anterior, de conformidad en lo establecido en la NIF-A1 |
| 5 | 11 | II.2.1 | El área convocante solicita que: en el d) Cédula profesional del contador público <b>Pregunta:</b> ¿Se puede presentar copia de la cédula profesional? | Sí, se puede presentar copia de la cedula profesional. Incluso, también se acepta copia de la cedula profesional electrónica                                                                |

#### ANEXO 6 ANEXO TECNICO

| N° de pregunta y/o aclaración | Página de la Convocatoria | Numeral o punto específico de la Convocatoria | Pregunta y/o aclaración                                                                                                                                                                                | Respuesta (campo a llenarse por la convocante). |
|-------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 7                             | 28                        | S/N                                           | El área convocante solicita que las medidas exteriores deben ser de 1.50 metros de frente. Nos gustaría Preguntar ¿Es posible modificar esta medida a 1.52 metros, ya que es nuestra medida estándar?" | Se acepta la medida ofertada (1.52m)            |

Se hace del conocimiento de las personas participantes que no se aceptarán más solicitudes de aclaraciones.

Lcda. Flor de Leslie Hernández Mendiola  
Suplente del Coordinador del Comité.

Dr. Noé Salinas Arreortúa  
Solicitante

UAMI.CAB.01.2025

#### SECRETARÍA

Avenida Ferrocarril San Rafael Atlixco, número 186, Colonia Leyes de Reforma 1A Sección, Alcaldía Iztapalapa, Código Postal 09340, Ciudad de México Tels. 55 5804-4600, Ext 4805-4807; [secretaria@xanum.uam.mx](mailto:secretaria@xanum.uam.mx); [www.izt.uam.mx](http://www.izt.uam.mx)